

(Návrh)

## **VYHLÁŠKA**

**Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky**

**z ... 2022**

### **o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie detenčného ústavu**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

#### **§ 1**

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie detenčného ústavu sú uvedené v prílohe.

#### **§ 2**

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2022.

## MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE DETEČNÉHO ÚSTAVU

### PRVÁ ČASŤ SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie detenčného ústavu umožňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na lôžku.
2. Detenčný ústav musí mať zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožňovať pohyb pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vodorovnými komunikáciami, rampami alebo výťahmi <sup>1)</sup>).
3. Detenčný ústav musí mať zabezpečené parametre tepelno-vlhkostnej mikroklímy vnútorných priestorov podľa osobitných predpisov <sup>2)</sup>).
4. Detenčný ústav musí mať zabezpečený dostatok zdravotne bezchybnej studenej pitnej vody a nezávadnej teplej úžitkovej vody <sup>3)</sup>).
5. Všetky priestory detenčného ústavu musia spĺňať požiadavky podľa osobitného prepisu <sup>4)</sup>).
6. Miestnosti detenčného ústavu, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným spôsobom, musia byť vybavené zariadením zabezpečujúcim dostatočnú výmenu vzduchu; všetky miestnosti musia mať zabezpečené vyhovujúce denné a umelé osvetlenie <sup>2)</sup>).
7. Výška prevádzkových miestností detenčného ústavu musí byť najmenej 3 m.
8. Tam, kde je možnosť priameho znečistenia stien miestností detenčného ústavu pri vyšetrovaní a ošetrovaní umiestneného, musia mať steny umývateľný povrch najmenej do výšky 180 cm. Steny zákrokových miestností musia byť po celom obvode vrátane stropu hladké a musia mať ľahko umývateľný povrch.
9. Podlahy miestností detenčného ústavu okrem kancelárií a pracovní personálu musia byť ľahko umývateľné, dekontaminovateľné s protišmykovou povrchovou úpravou, odolávajúcou umývaniu namokro, chemickým vplyvom a mechanickým vplyvom.
10. Nábytok a ostatné zariadenie detenčného ústavu okrem kancelárií a pracovní personálu musia mať ľahko umývateľnú a dekontaminovateľnú povrchovú úpravu.
11. Funkčné priestory liečebnej jednotky tvoria:
  - a) **vyšetrovňa,**
  - b) **zákroková miestnosť** (môže byť zriadená pre viacero liečebných jednotiek spoločne mimo priestorov jednotky),
  - c) **miestnosť pre personál** (môže byť zriadená pre viacero liečebných jednotiek spoločne mimo priestorov jednotky),
  - d) **izby pre pacientov s vlastným sociálnym zariadením,**
  - e) **bezpečnostné miestnosti,**
  - f) **jedálenský priestor** (okrem detenčnej jednotky, kde je stravovanie zabezpečené na izbách),

- g) **sklad zdravotníckych pomôcok** (môže byť zriadená pre viacero liečebných jednotiek spoločne mimo priestorov jednotky),
- h) **sklad sterilných zdravotníckych pomôcok** (môže byť zriadená pre viacero liečebných jednotiek spoločne mimo priestorov jednotky),
- i) **čistiaca miestnosť a miestnosť na odkladanie prostriedkov určených na upratovanie** (môže byť zriadená pre viacero liečebných jednotiek spoločne mimo priestorov jednotky).

12. **Vyšetrovňa** je miestnosť určená na vyšetrovanie a na ošetrovanie pacientov, na vykonávanie odberov biologického materiálu, na aplikáciu liekov a na vykonávanie prevázov. Vyšetrovňa musí mať plochu najmenej 15 m<sup>2</sup> a musí byť vybavená umývadlom na ruky s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody; musí byť vybavená drezom na umývanie a dekontamináciu pomôcok tak, aby sa kontaminovaný odpad nevyplavoval bez dekontaminácie do kanalizácie. Vecné vybavenie a prístrojové vybavenie musí zodpovedať vybaveniu ambulancie v príslušnom špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu <sup>5</sup>).

13. **Zákroková miestnosť** musí mať plochu najmenej 16 m<sup>2</sup> a musí byť vybavená filtrom, prenosným germicídnym žiaričom a príslušnými miestnosťami na umývanie rúk personálu a na umývanie a sterilizáciu inštrumentária. Čistota ovzdušia musí zodpovedať príslušnej triede čistoty podľa rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti <sup>4</sup>).

14. **Miestnosť pre personál** musí byť vybavená umývadlom na ruky, stolom a stoličkou.

15. **Izby pre pacientov s vlastným sociálnym zariadením** s minimálnou plochou 9 m<sup>2</sup> pre jedno lôžko na izbe pre umiestneného pacienta 7 m<sup>2</sup>. Vybavené sú bezpečnostným vstupom (dverami a mrežou) s možnosťou vizuálneho monitorovania.

Základným vybavením izby pre umiestneného je

- V detenčnej jednotke: pevné ukotvené lôžko, pevné ukotvené police, ukotvený stôl, stolička
- V detenčno – resocializačnej jednotke: bezpečnostné lôžko, ukotvená policová skriňa, ukotvený stôl, stolička
- V resocializačnodetenčnej jednotke: ukotvené lôžko, ukotvená policová skriňa, ukotvený stôl, stolička

16. **Bezpečnostné miestnosti** určené pre umiestnených s poruchami správania podmienenými prejavmi duševnej poruchy – tieto miestnosti musia byť kontinuálne vizuálne monitorované, majú mať dostatočný vetranie a prístup denného a umelého svetla.

- Seklúzna miestnosť bez zariadenia s minimálnou plochou 7 m<sup>2</sup> so stenami obloženými bezpečnostným obkladom. V miestnosti musí byť jednoduché sociálne zariadenie (WC) a vodovodný ventil na pitnú vodu s možnosťou umývania a pitia.
- Miestnosť určená pre fixáciu umiestneného na lôžku s pevným lôžkom s matracom a úchytmi pre izolačné popruhy.

17. **Jedálenský priestor** musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu <sup>6</sup>).

18. **Skład zdravotníckych pomôcok** je zariadený podľa požiadaviek a potreby a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Skladovanie materiálov musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii čistých materiálov znečistenými materiálmi <sup>4</sup>).

19. **Sklad sterilných zdravotníckych pomôcok** je zriadený podľa požiadaviek a potreby a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Skladovanie materiálov musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii čistých materiálov znečistenými materiálmi<sup>4)</sup>.

20. **Čistiaca miestnosť a miestnosť na odkladanie prostriedkov určených na upratovanie** musí byť vybavená výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody, drezom alebo umývadlom a dezinfekčným automatom na misy a fľaše. Miestnosť na odkladanie prostriedkov na upratovanie musí byť vybavená výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody a musí byť vetraná. Steny a podlahy miestností musia mať ľahko umývateľný povrch po celom obvode najmenej do výšky 180 cm.

21. V detenčnom ústave sa zriaďujú návštevne miestnosti pre kontaktné a bezkontaktné návštevy.

22. V detenčnom ústave sa zriaďujú terapeutické miestnosti pre individuálnu a skupinovú psychoterapiu a ergoterapiu s rozmermi najmenej 3 m<sup>2</sup> na osobu, Miestnosť pre individuálnu terapiu môže byť zriadená ako bezkontaktná s oddeleným priestorom pre umiestneného a terapeuta rozdelenými sklom a vybavenými komunikačnou technikou.

24. V detenčnom ústave sa zriaďujú vychádzkové dvorce pre spoločné vychádzky a individuálne vychádzkové dvorce pre jednu osobu s rozmermi minimálne 10 m<sup>2</sup> na osobu.

25. Toalety pre pacientov v detenčnom ústave musia byť rozdelené podľa pohlavia zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy a musia byť vybavené umývadlom s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody. Na toaletách musí byť zabezpečené účinné prirodzené vetranie alebo umelé vetranie a toalety musia byť prístupné aj pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu. Steny a podlahy miestností určených na osobnú hygienu pacientov musia mať ľahko umývateľný povrch po celom obvode najmenej do výšky 180 cm.

## DRUHÁ ČASŤ

### MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE DETENČNÉHO ÚSTAVU

#### 1. Základné materiálno-technické a prístrojové vybavenie konziliárnej ambulancie tvoria:

- a) vyšetrovacie ležadlo s výškou najmenej 60 cm,
- b) umývadlo na ruky,
- c) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,
- d) písací stôl, stolička,
- e) počítač s príslušenstvom,
- f) telefón,
- g) stolička pre pacienta,
- h) vešiak,
- i) nástenný teplomer,
- j) nádoba na odpad so šliapadlom,
- k) emitná miska,
- l) poháriky na vodu na jednorazové použitie,

- m) uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,
- n) kartotečná uzamykateľná skriňa,
- o) chladnička na liečivá,
- p) osobná váha a výškomer,
- q) skrinka na nástroje a pomôcky,
- r) obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,
- s) dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,
- t) pomôcky na odbery biologického materiálu,
- u) pomôcky na podávanie liekov,
- v) infúzny stojan,
- w) tlakomer, fonendoskop, teplomer,
- x) nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky,
- y) liečivá v rozsahu a sortimente podľa zamerania konziliárnej ambulancie,

**2. Základné materiálno-technické a prístrojové vybavenie ambulancie v detenčnej jednotke tvoria:**

- a) vyšetrovacie ležadlo s výškou najmenej 60 cm,
- b) umývadlo na ruky,
- c) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,
- d) písací stôl, stolička,
- e) počítač s príslušenstvom,
- f) telefón,
- g) stolička pre pacienta,
- h) nádoba na odpad so šliapadlom,
- i) emitná miska,
- j) poháriky na vodu na jednorazové použitie,
- k) osobná váha a výškomer,
- l) skrinka na nástroje a pomôcky,
- m) infúzny stojan,
- n) tlakomer, fonendoskop, teplomer.

**3. Základné materiálno-technické a prístrojové vybavenie liečebnej jednotky tvoria:**  
(ktoré môže byť z bezpečnostných dôvodov umiestnené v spoločných priestoroch a môžu slúžiť pre viacero jednotiek súčasne)

- a) vyšetrovacie lôžko alebo kreslo,
- b) lôžka alebo polohovateľné lôžka,
- c) jedno lôžko pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu vrátane antidekubitného matraca,

- d) matrace,
- e) zábrany na lôžka,
- f) posteľná bielizeň,
- g) paplóny a podušky,
- h) vozík na prevoz pacientov,
- i) resuscitačný set, ktorý tvoria
  1. tubus (ústny vzduchovod),
  2. ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,
  3. kyslíková fľaša a redukčný ventil,
  4. kyslíková maska,
  5. odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach
- j) mobilný germicídny žiarič,
- k) defibrilátor,
- l) odsávačka,
- m) prenosný EKG prístroj,
- n) alkotest na 3,5 promile,
- o) prístroj kriesiaci ručný,
- p) glukomer,
- q) audio súprava,
- r) centrálna signalizácia, (signalizačné zariadenie - pacient - personál),
- s) chladnička na lieky,
- t) skrinky na lieky a špeciálne zdravotnícke pomôcky a materiál,
- u) pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,
- v) infúzny stojan,
- w) infúzne pumpy a dávkovače liekov,
- x) kyslíková fľaša s redukčným ventilom,
- y) pomôcky na odbery biologického materiálu,
- z) pomôcky na podávanie liekov,
  - aa) tlakomer,
  - ab) fonendoskop,
  - ac) teplomer,
  - ad) osobná váha,
  - ae) podložná misa,
  - af) močová fľaša,

ag) telefón.

**4. Základné materiálo-technické a prístrojové vybavenie zákrokovej miestnosti tvoria:**

- a) polohovateľné lôžko,
- b) prístroj na podávanie elektrokonvulzívnej terapie s EEG, EKG s písomným alebo elektronickým výstupom,
- c) falopletyzomograf,
- d) anesteziologický prístroj s monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, saturácie Hb (SpO<sub>2</sub>),
- e) defibrilátor s EKG monitorom,
- f) chirurgické inštrumentárium podľa zamerania pracoviska,
- g) resuscitačný set, ktorý tvoria:
  - 1. sadalaryngoskopov a rôznych lyžíc, zavádzač a Magillove kliešte,
  - 2. endotracheálne kanyly v rôznych veľkostiach, z každej veľkosti po jednom kuse,
  - 3. T - tubus (ústny vzduchovod) v najmenej troch rôznych veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast,
  - 4. ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,
  - 5. kyslíková fľaša a redukčný ventil,
  - 6. kyslíková maska,
  - 7. odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach,
  - 8. endotracheálna trubica v dvoch rôznych veľkostiach,
  - 9. nasogastrálna sonda v dvoch rôznych veľkostiach,
- h) infúzny stojan,
- i) zberné nádoby,
- j) inštrumentálny stolík.

5. V rámci ústavného zariadenia je centrálny náhradný zdroj elektrickej energie.

6. Každý poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti musí zabezpečiť pracovisko informačno - komunikačnou technológiou s pripojením na internet tak, aby systém umožňoval širokopásmový vysokorychlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej forme.

## **TRETIA ČASŤ**

### **MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE DETEČNÉHO ÚSTAVU**

1. Na účely tejto vyhlášky sa dennou zmenou rozumie zmena, v ktorej sa vykonáva prevažný objem poskytovanej zdravotnej starostlivosti, a to ranná zmena v pracovných dňoch pri dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke a nepretržitej prevádzke a denná zmena pri jednozmennej prevádzke.

2. Na účely tejto vyhlášky sa nočnou zmenou rozumejú ranná zmena v dňoch pracovného pokoja, odpoľudňajšia zmena a nočná zmena vo všetkých dňoch a pohotovosť na pracovisku vo všetkých dňoch.

3. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolanií lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, zdravotnícky asistent alebo sanitár v detenčnom ústave sa určuje osobitne pre dennú zmenu a osobitne pre nočnú zmenu.

## **ODDIEL 1**

### **LEKÁRI**

1. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných zariadení zdravotníckymi pracovníkmi v povolanií lekár sú určené ako počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára v detenčnom ústave.

2. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára v detenčnom ústave v dennej zmene je 17. Z celkového počtu lekárov je v dennej zmene najmenej jeden lekár s príslušným profesijným titulom (psychiater).

3. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára s príslušným profesijným titulom v detenčnom ústave v nočnej zmene je najviac 200.

4. V minimálnych personálnych požiadavkách je zahrnuté jedno lekárske miesto vedúceho lekára detenčného ústavu s príslušným profesijným titulom.

5. Nočnú zmenu môže zabezpečovať aj lekár s profesijným titulom lekár, ak má najmenej šesťmesačnú odbornú prax a ak je v nočnej zmene zabezpečená zdravotná starostlivosť lekárom špecialistom s príslušným profesijným titulom.

## **ODDIEL 2**

### **SESTRY A ĎALŠÍ ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI**

1. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie detenčného ústavu pracovníkmi v povolaniach sestra, fyzioterapeut, zdravotnícky asistent alebo sanitár sú určené ako počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v uvedených povolaniach na jednotlivé oddelenia ústavných zariadení.

2. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolaniach sestra, zdravotnícky asistent alebo sanitár v detenčnom ústave je uvedený v bode 3. Ak sa počet pacientov na každú jednu sestru, na každého jedného zdravotníckeho asistenta alebo sanitára v každej zmene zvýši o troch pacientov, detenčný ústav zabezpečí ďalšiu sestru, ďalšieho zdravotníckeho asistenta alebo sanitára. Z celkového počtu sestier v každom detenčnom ústave je v každej zmene najmenej jedna sestra so špecializáciou s príslušným profesijným titulom.

3. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jednu sestru v detenčnom ústave je v dennej zmene 10 a v nočnej zmene 18. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho asistenta alebo sanitára v detenčnom ústave je v dennej zmene 20 a v nočnej zmene 40.

1. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.



2. § 20 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia.
3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
4. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.
5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
6. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.